

## ANESTEZİ VE SEDASYON DERİNLİK MONİTÖRÜ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Monitör, ameliyat sırasında, uyanma odasında yada yoğun bakımda sedasyon ve anestezide anestezi derinliği ölçümü yapabilecek özellikte olacaktır.

Monitör hem pille hemde elektrikle çalışabilmelidir. Hastanın uyanmasına kadar şuur açıklığı takip edilebilecek şekilde, portatif tasarlanmış olmalıdır.

Monitör şuur indeks spektrumunu kullanarak, tek kanal ECG dalga formundan hastanın sedasyon derinliği, anestezi derinliği ve hipnotic durumu hakkında bilgi sunabilecektir.

Monitör ekranında hastanın şuur derinliği indeks spektrumu digital olarak izlenebilecektir. Ayrıca hastanın tek kanal EEG sinyali, sinyal kalitesi, EMG sinyal seviyesi ve Supresyon oranı da grafik / bar grafik veya nümerik olarak izlenebilecektir.

Hastanın sedasyon veya anestezi derinliğine ait alt ve üst alarm limitleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli ve bu limitlerin dışında cihaz alarm verebilmelidir.

Monitör hastanın şuur derinliği indeksine ait trend bilgileri en az 240 dakika hafızasında saklanabilmelidir.

Monitör ile birlikte en az 250 adet hasta için, tek kullanımlık sensörü verilecektir.

Monitör 2 (iki) yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı 10 yıl süre ile yedek parça ve aksesuar garantisine sahip olacaktır.